



31 de marzo de 2016
OS-741-2016

Señores
Proveedores

Asunto: Licitación Abreviada No. 2016LA-000003-UADQ
"Compra de Equipo de Laboratorio"

Estimados señores:

En relación a la licitación en referencia, me permito enviar respuesta de las solicitudes de aclaración enviadas por las empresas **TECNO DIAGNÓSTICA S.A.** para el renglón 4 e **INBOX TECHNOLOGY AND SERVICES S.A.** para los renglones 2, 6 y 9.

Por lo anterior, se aclara para cada uno de los renglones lo siguiente:

Renglón 4: Capacidad del congelador 16 pies cúbicos.

- Respuesta del Laboratorio de Ensayos Biológicos

Cantidad parrillas-----no tiene

Capacidad-----16 pies cubicos

Capacidad del compresor----1/3 hp baja 404

Dimensiones externas----150 cm de frente, 74 cm de fondo y 102 cm de alto.

Dimensiones internas----140 cm de frente, 64 cm de fondo y 74 cm de alto

Material de la camara---- acero inoxidable externo y galvanizado interno

Material de las puertas----acero inoxidable

Tipo de camara----congelador horizontal de placas

Tipo de iluminacion----no tiene

Tipo de parrillas----no tiene

Tipo de puerta----puertas de levantar con bisagras tipo hielera

Voltaje----115 vts

Renglón 2: Pesos y dimensiones.

- Respuesta de la Escuela de Antropología.

Le comunico que se le ha consultado a quien será el encargado del equipo solicitado y me ha indicado que los factores de peso y las dimensiones solicitadas NO fungen solamente como referencia, pues el equipo se requiere de tales características por que es lo ideal para las funciones que se realizan en el Laboratorio de Antropología Genética y por que es el espacio con que se cuenta para colocar dicho equipo.



OS-741-2016
Página 2

Renglón 9: Pesos y dimensiones

- Respuesta de la Facultad de Farmacia.

(...) para nosotros es importante las dimensiones, ya que tenemos espacios específicos en los laboratorios. Tendríamos que ver si la que ellos ofertan se ajusta a esas necesidades.

Renglón 6: Sistema de Iluminación de halógeno.

- Respuesta de la Escuela de Medicina.

El sistema de iluminación de halógeno es una referencia, pero contemplada en su momento porque los sistemas tipo LED son tradicionalmente de un precio mucho mayor que los halógenos y requerimos que el microscopio tenga un precio dentro del valor estipulado en la licitación. Además, se requiere en el futuro poder instalar tecnología de fluorescencia. Si la compañía interesada puede ofrecer un sistema de iluminación LED a un precio razonable y que no comprometa la futura instalación de un sistema de fluorescencia funcional, ésta es bienvenida.

Atentamente,

Stevens Soto Quesada
Analista
Unidad de Adquisiciones



SSQ/Aclaraciones

- C. Leda Gonzalez Aguilera, Laboratorio de Ensayos Biológicos
Beatriz Esquivel Guerrero, Escuela de Medicina
Jazmin Solano Gonzalez, Facultad de Farmacia
Fanny Marcela Lobo Chinchilla, Escuela de Antropología

Archivo